




**DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER  
PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.**

*THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE  
BUNDESANSTALT.*

## Eichschein

Verification certificate



<b>Nummer</b> <i>Number</i>	E-003-18-00906
<b>Gegenstand</b> <i>Object</i>	Nichtselbsttätige Waage als Fahrzeugmontierter Frontlader Genauigkeitsklasse III, Zulassung D06-09-002 Wägebereich 100 kg – 3500 kg Eichwert 5 kg Fahrzeugidentnummer: YV2J1E1C6CB615707 Amtl. Kennzeichen: M-BR 123
<b>Identifikation</b> <i>Identification</i>	Fabrik-Nr. 1201578, Typ SyWa 3000
<b>Hersteller</b> <i>Manufacturer</i>	SysTec GmbH Ludwig-Erhard-Str. 6, 50129 Bergheim
<b>Antragsteller</b> <i>Applicant</i>	Breitsamer Entsorgung Recycl. GmbH Dachauer Str. 535 80993 München
<b>Prüfverfahren</b> <i>Test procedure</i>	Die Prüfung erfolgte entsprechend Abschnitt 6 der Prüfanweisung „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen (GM-P2.3 NSW)“. Zur Prüfung wurden Normale der Genauigkeitsklasse M1 oder genauer verwendet.
<b>Ergebnis</b> <i>Result</i>	Das Messgerät entspricht § 37 Abs. 4 des Mess- und Eichgesetzes.
<b>Anzahl der Seiten</b> <i>Number of pages</i>	1
<b>Ort und Datum der Eichung</b> <i>Place and date of verification</i>	Augsburg, 21.08.2018
<b>Eichfrist endet am</b> <i>Verification period until</i>	31.12.2021
<b>Eichkennzeichen</b> <i>Verification marking</i>	

**Angegeben ist die Eichfrist gemäß § 34 Mess- und Eichverordnung. Die Eichfrist endet vorzeitig, wenn eine der in § 37 Absatz 2 des Mess- und Eichgesetzes beschriebenen Veränderungen eingetreten ist.**

*Declared is the verification period according to § 34 Mess- und Eichverordnung. The verification period ends early if one of the changes listed in § 37 section 2 of the Mess- und Eichgesetz has occurred.*

**Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.**

*This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.*

<b>Ort und Datum</b> <i>Place and date</i>	<b>Im Auftrag</b> <i>On behalf of</i>	<b>Im Auftrag</b> <i>On behalf of</i>
Augsburg, 23.08.2018	C. Sterr Prüfer <i>Tester</i>	S. Frey Freigabe <i>Approved</i>

Der Eichschein wurde maschinell erstellt und erfordert keine Unterschrift.

*The Verification certificate was generated automatically and requires no signature.*