



DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER
PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.

THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE
BUNDESANSTALT.

Eichschein

Verification certificate



Nummer <i>Number</i>	E-010-23-01754
Gegenstand <i>Object</i>	Nichtselbsttätige Waage als Straßenfahrzeugwaage Genauigkeitsklasse III, Zulassung T11413 Wägebereich 200 kg – 50000 kg Eichwert 10 kg / 20 kg
Identifikation <i>Identification</i>	Fabrik-Nr. 2009074, Typ IT6000E, WAAGE 1
Hersteller <i>Manufacturer</i>	KWM GmbH Waagen & Metallbau Im Salach 5, 95707 Thiersheim
Antragsteller <i>Applicant</i>	Breitsamer Entsorgung Recycling GmbH Dachauer Str. 535 80993 München
Prüfverfahren <i>Test procedure</i>	Die Prüfung erfolgte entsprechend Abschnitt 6 der Prüfanweisung „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen (GM-P2.3 NSW)“.
Ergebnis <i>Result</i>	Das Messgerät entspricht § 37 Abs. 4 des Mess- und Eichgesetzes.
Anzahl der Seiten <i>Number of pages</i>	1
Ort und Datum der Eichung <i>Place and date of verification</i>	München, 14.08.2023
Eichfrist endet am <i>Verification period until</i>	31.12.2026
Eichkennzeichen <i>Verification marking</i>	

Angegeben ist die Eichfrist gemäß § 34 Mess- und Eichverordnung. Die Eichfrist endet vorzeitig, wenn eine der in § 37 Absatz 2 des Mess- und Eichgesetzes beschriebenen Veränderungen eingetreten ist.

Declared is the verification period according to § 34 Mess- und Eichverordnung. The verification period ends early if one of the changes listed in § 37 section 2 of the Mess- und Eichgesetz has occurred.

Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum <i>Place and date</i>	Im Auftrag <i>On behalf of</i>	Im Auftrag <i>On behalf of</i>
München, 16.08.2023	S. Heggel Prüfer <i>Tester</i>	R. Preis Freigabe <i>Approved</i>

Der Eichschein wurde maschinell erstellt und erfordert keine Unterschrift.
The Verification certificate was generated automatically and requires no signature.




DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER
PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.

THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE
BUNDESANSTALT.

Eichschein

Verification certificate



Nummer <i>Number</i>	E-010-23-01755
Gegenstand <i>Object</i>	Nichtselbsttätige Waage als Straßenfahrzeugwaage Genauigkeitsklasse III, Zulassung T11413 Wägebereich 200 kg – 50000 kg Eichwert 10 kg / 20 kg
Identifikation <i>Identification</i>	Fabrik-Nr. 2009073, Typ IT6000E, WAAGE 2
Hersteller <i>Manufacturer</i>	KWM GmbH Waagen & Metallbau Im Salach 5, 95707 Thiersheim
Antragsteller <i>Applicant</i>	Breitsamer Entsorgung Recycling GmbH Dachauer Str. 535 80993 München
Prüfverfahren <i>Test procedure</i>	Die Prüfung erfolgte entsprechend Abschnitt 6 der Prüfanweisung „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen (GM-P2.3 NSW)“.
Ergebnis <i>Result</i>	Das Messgerät entspricht § 37 Abs. 4 des Mess- und Eichgesetzes.
Anzahl der Seiten <i>Number of pages</i>	1
Ort und Datum der Eichung <i>Place and date of verification</i>	München, 14.08.2023
Eichfrist endet am <i>Verification period until</i>	31.12.2026
Eichkennzeichen <i>Verification marking</i>	

Angegeben ist die Eichfrist gemäß § 34 Mess- und Eichverordnung. Die Eichfrist endet vorzeitig, wenn eine der in § 37 Absatz 2 des Mess- und Eichgesetzes beschriebenen Veränderungen eingetreten ist.

Declared is the verification period according to § 34 Mess- und Eichverordnung. The verification period ends early if one of the changes listed in § 37 section 2 of the Mess- und Eichgesetz has occurred.

Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum <i>Place and date</i>	Im Auftrag <i>On behalf of</i>	Im Auftrag <i>On behalf of</i>
München, 16.08.2023	S. Heggel Prüfer <i>Tester</i>	R. Preis Freigabe <i>Approved</i>

Der Eichschein wurde maschinell erstellt und erfordert keine Unterschrift.

The Verification certificate was generated automatically and requires no signature.



DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER
PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.

THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE
BUNDESANSTALT.

Eichschein

Verification certificate



Nummer <i>Number</i>	E-010-23-01756	
Gegenstand <i>Object</i>	Nichtselbsttätige Waage als Straßenfahrzeugwaage Genauigkeitsklasse III, Zulassung T11413 Wägebereich 200 kg – 50000 kg Eichwert 10 kg / 20 kg	
Identifikation <i>Identification</i>	Fabrik-Nr. 2005065, Typ IT6000E, WAAGE 3	
Hersteller <i>Manufacturer</i>	KWM GmbH Waagen & Metallbau Im Salach 5, 95707 Thiersheim	
Antragsteller <i>Applicant</i>	Breitsamer Entsorgung Recycling GmbH Dachauer Str. 535 80993 München	
Prüfverfahren <i>Test procedure</i>	Die Prüfung erfolgte entsprechend Abschnitt 6 der Prüfanweisung „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen (GM-P2.3 NSW)".	
Ergebnis <i>Result</i>	Das Messgerät entspricht § 37 Abs. 4 des Mess- und Eichgesetzes.	
Anzahl der Seiten <i>Number of pages</i>	1	
Ort und Datum der Eichung <i>Place and date of verification</i>	München, 14.08.2023	
Eichfrist endet am <i>Verification period until</i>	31.12.2026	Eichkennzeichen <i>Verification marking</i>

Angegeben ist die Eichfrist gemäß § 34 Mess- und Eichverordnung. Die Eichfrist endet vorzeitig, wenn eine der in § 37 Absatz 2 des Mess- und Eichgesetzes beschriebenen Veränderungen eingetreten ist.

Declared is the verification period according to § 34 Mess- und Eichverordnung. The verification period ends early if one of the changes listed in § 37 section 2 of the Mess- und Eichgesetz has occurred.

Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum <i>Place and date</i>	Im Auftrag <i>On behalf of</i>	Im Auftrag <i>On behalf of</i>
München, 16.08.2023	S. Heggl Prüfer <i>Tester</i>	R. Preis Freigabe <i>Approved</i>

Der Eichschein wurde maschinell erstellt und erfordert keine Unterschrift.

The Verification certificate was generated automatically and requires no signature.